

Sestrinski panel

Šifra: SP 2011



- Sestrinski panel (SP 2011) je programabilni mikrokontrolerski centralni uređaj signalno-govorne komunikacije, jedne organizacione celine, neke bolničke lokacije. Koristi se u okviru govornih BIS u prostorijama, koje pored, svetlosne i zvučne signalizacije, poziva sestre ili SOS poziva, zahtevaju i govornu komunikaciju medicinskog osoblja sa pacijentima i međusobno. Postavlja se najčešće na pultu dežurne sestre, u zajedničkim sestričkim sobama i na pultu intenzivne bolničke nege. Opremljen je kvalitetnim displejem, osetljivim na dodir, koji prikazuje sve potrebne informacije o pozivima i statusima uređaja. Pomoću displeja se mogu koristiti i pretraživati brojne opcije korisničkog Menija uređaja. Na komuikacionoj liniji, na kojoj je priključen SP 2011, priključuje se i signalni indikatorski panel IP 2000 sa kojim, zajedno, kompletno opremaju pult dežurne medicinske sestre.

- Montaža uređaja može biti:

- ✓ Ugradna u zid (preko ugradne dozne 2x4M), ili
- ✓ Nadgradna (montira se zajedno sa nadgradnom doznom 2x4M).

- Funkcije:

- ✓ Upućivanje poziva sestre (dežurnoj sestri ili doktoru)
- ✓ Prijem poziva sestre (kada je prijavljena prisutnost sestre u prostoriji)
- ✓ Razrešenje postojećeg SOS poziva ili poziva sestre,
- ✓ Prijava prisutnosti sestre, radi praćenja kretanja osoblja u prostorijama.

- Mogućnost primene:

- ✓ Govorni bolnički informacioni sistemi

-Tehnički podaci:

Napajanje	12V-
Potrošnja	≤ 180mA
Radna temperatura	5-50°C
Vlažnost vazduha	max 95%
IP zaštita	IP 20
Dimenzije	160 x 135 x 50mm
Težina	150/600g
Boja	bela
Materijal	ABS plastika
Način povezivanja	kleme ili RJ 45
Tip kabla za povezivanje	2 x JH(St)H 3 x 2 x 0.8 / 2 x UTP-6