


# TECHNISCHE ZEICHNUNG (UBS 2120 K2)



- Sauerstoffanschluss
- Verbindungspunkt KV5
- Vakuumanschluss
- Die Eingabe von starkem und schwachem Strom
- Gaseingang
- Steckdose 220V - Netzsteckdose
- Jack, Steckdose 220V - Aggregat
  - Anschluss für Potentialausgleich (CPE)
- Licht steuern
- RJ45 Cat6 Steckerhalterung / Träger
- Anschlussklemme mit Handset

Medizinisches Gerät	Klasse IIb Regel 11
Abmessungen (1 Bett)	130 x 275 x 1700 mm
Abmessungen (2 Betten)	130 x 275 x 3400 mm
Abmessungen (3 Betten)	130 x 275 x 5000 mm
Direkte Beleuchtung	3000 lm
Indirekte Beleuchtung	12000 lm
Licht steuern	600 lm
Netzteil	230V, 50Hz
Leistung	2400W
Montage	an der Wand
Stromschlagklasse	I
Stärke des Schutzes	IP 20
Schutz vor mechanischen Einflüssen	IK 07
Oberflächenschutz	eloxiert (E0) oder pulverbeschichtet
Verbinder	Sauerstoff, Druckluft, Vakuum

## PROFILLAYOUT

