


TECHNISCHE ZEICHNUNG (UBS 2211 K1)



- ⊙ Sauerstoffanschluss
- ⊙ KV5 Verbindungspunkt KV5
- ⊙ VAC Vakuumanschluss
- ⚡ Die Eingabe von starken und schwacher Strom
- ⊙ Gaseingang
- ⊙ Steckdose 220V - USV
- ⊙ Jack, Steckdose 220V - Aggregat
 - Anschluss für Potentialausgleich (CPE)
- ⊙ Licht steuern
- ⊙ Doppelbuchse RJ45 Cat6
- ⊙ Anschlussklemme mit Handset

Medizinisches Gerät	Class IIb rule 11
Abmessungen (1 Bett)	150 x 700 x 1700 mm
Abmessungen (2 Betten)	150 x 700 x 3400 mm
Abmessungen (3 Betten)	150 x 700 x 5000 mm
Direkte Beleuchtung	3000 lm
Indirekte Beleuchtung	12000 lm
Licht steuern	600 lm
Netzteil	230V, 50Hz
Leistung	2400W
Montage	na zid
Stromschlagklasse	II
Stärke des Schutzes	IP 20
Schutz vor mechanischen Einflüssen	IK 07
Oberflächenschutz	eloxiert (E0) oder pulverbeschichtet
Verbinder	Sauerstoff, Druckluft, Vakuum

PROFILLAYOUT

